



D.I. 質問箱

Q51

シリンジ採血での溶血原因はどのようなことが考えられますか。

A51

「ご質問ありがとうございます。」

▼よくある溶血原因

- 採血管に移しかえる時に、プランジャー（ピストン部分）を押して入れると泡立ち、溶血します。真空採血管の陰圧だけで移しかえてください。
- 血液の出にくい患者様などで、プランジャーを過度に引っ張りすぎると血球が壊れ、溶血を起こします。

▼その他の溶血原因

- 採血後すぐに冷蔵庫に入れられると溶血します。※抗凝固剤入りは除く
- 遠心分離しないまま全血で長時間（12時間以上）放置されると溶血する可能性が高くなります。
- 消毒用アルコールが乾かないまま採血すると、注射針に毛細管現象でアルコールが入り、溶血する場合があります。

お問合せ：学術データインフォメーション（D.I.）課まで
0120-14-8734（フリーダイヤル） / 082-247-4325（ダイヤルイン）

きょうちゅうボール

我が家の玄関の軒下に燕の巣が一つ。私が帰宅するなり、妻「玄関の前に藁が落ちとるけえ、おかしい思うて上を見たら燕が巣を作りよる。」私「ふーん。」6月末の事。

その後も毎日燕がせっせと巣作りに励み、新居が完成した。妻「新居になかなか来んねー。どうしたんかねー。」私「おかしいのー。カラスやら天敵が邪魔しとるんかのー。」

後日、妻「巣には親鳥が来て直ぐおらんようになる。」私「早う住んだらええのののー。」

今は毎日、出勤前と帰宅後に“新居”の観察。妻とは毎日燕の話はする。燕は幸せを運んで来るといわれるが、会話のない夫婦に話題を提供してくれたのかもしれない。早く新居に住んで、雛が元気に巣立ってくれるのを願う今日この頃。7月23日現在。 上野 栄作(業務涉外課課長)

広報委員

松本 道雄 / 藤本 誠 / 伊丸 直樹 / 中村 賢作 / 渡川 美弥子 / 初岡 博

